

REF.

S0600-23

Description

Série première visite

Matériel de production

instrument en acier inox

Instruments spécifiques

*0601-2 - Precelle cm. 15 n° 2 London-College
2101 - Rond anatomique
2200-4 - Miroir n° 4 plan mm. 22
0700-23 - Explorateur manche anatomique n° 23*

Remarques techniques

*Dispositif Médical Classe I.
Selon UE MDR 2017/745*

Méthodes de stérilisation

*Produit à utiliser après stérilisation.
Ulterieures infos: „Reprocessing“
Autoclavable: 3000 cycles
Température maximale conseillée: $180 \pm 3^{\circ}\text{C}$*

Emballage

kit

Stockage

*Gardez le produit dans une zone sèche et propre,
loin de la chaleur*

Produit par

*Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)*